

INSTRUKCJA UŻYCIA

Calciplus RL Materiał do wypełniania kanałów korzeniowych

Opis

Calciplus RL to zawierający wodorotlenek wapnia i jodoform, kremowy, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, gotowy do użycia materiał do wypełniania kanałów korzeniowych w formie strzykawki.

Skład

Wodorotlenek wapnia, jodoform, siarczan baru, glikol polietylenowy

Wskazania

- Nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach leczenia kanałowego
- Tymczasowy opatrunek dezynfekujący stosowany podczas leczenia kanałowego endodontycznego
- Pośrednie pokrycie miazgi lub leczenie głębokich zmian próchnicowych
- Bezpośrednie pokrycie miazgi
- Pośrednie pokrycie miazgi jako pasta pokrywająca
- Łagodzi ból jako tymczasowy materiał wypełniający

Przeciwwskazania

- Materiału do wypełniania kanałów korzeniowych nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną alergią na którykolwiek z jego składników.
- Bezpośrednie i pośrednie pokrycie miazgi, jeśli uszkodzenie miazgi jest nieodwracalne

Aplikacja

Leczenie kanałowe, które ma być zastosowane, polega na poszerzeniu, oczyszczeniu i osuszeniu kanałów korzeniowych, które mają zostać wypełnione przy użyciu najnowocześniejszych technik endodontycznych. Przymocować jednorazową końcówkę do strzykawki. Całkowicie wypełnić kanał, naciskając tłoczek strzykawki. Końcówka strzykawki jest jednorazowa, nie można jej użyć ponownie. Po dozowaniu materiału zdjąć końcówkę aplikacyjną ze strzykawki i ponownie zamknąć strzykawkę nasadką.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nieużywana strzykawka powinna być zawsze zamknięta

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji

Działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieoczyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Środki ostrożności

Materiały przechowywać poza zasięgiem dzieci! Wyłącznie do użytku w stomatologii!

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Wodorotlenek wapnia ma właściwości drażniące; kontakt wodorotlenku wapnia ze skórą, oczami i błoną śluzową może powodować miejscowe podrażnienie. W razie przypadkowego kontaktu należy spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Materiał ten został opracowany wyłącznie do użytku w stomatologii. Przetwarzanie powinno odbywać się ściśle według instrukcji użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub określonego obszaru zastosowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przetestowanie materiału pod kątem jego przydatności i wykorzystania do celów, które nie zostały wyraźnie określone w instrukcji. Opisy i dane nie stanowią gwarancji atrybutów.

Nie używać po upływie daty ważności

Szczelnie zamknąć po użyciu

Końcówki aplikatora są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt. 01 03.07.2020 TD-03-IFU-41 Nr ref: 2104

INSTRUKCJA UŻYCIA

Calciplus RL Materiał do wypełniania kanałów korzeniowych

Opis

Calciplus RL to zawierający wodorotlenek wapnia i jodoform, kremowy, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, gotowy do użycia materiał do wypełniania kanałów korzeniowych w formie strzykawki.

Skład

Wodorotlenek wapnia, jodoform, siarczan baru, glikol polietylenowy

Wskazania

- Nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach leczenia kanałowego
- Tymczasowy opatrunek dezynfekujący stosowany podczas leczenia kanałowego endodontycznego
- Pośrednie pokrycie miazgi lub leczenie głębokich zmian próchnicowych
- Bezpośrednie pokrycie miazgi
- Pośrednie pokrycie miazgi jako pasta pokrywająca
- Łagodzi ból jako tymczasowy materiał wypełniający

Przeciwwskazania

- Materiału do wypełniania kanałów korzeniowych nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną alergią na którykolwiek z jego składników.
- Bezpośrednie i pośrednie pokrycie miazgi, jeśli uszkodzenie miazgi jest nieodwracalne

Aplikacja

Leczenie kanałowe, które ma być zastosowane, polega na poszerzeniu, oczyszczeniu i osuszeniu kanałów korzeniowych, które mają zostać wypełnione przy użyciu najnowocześniejszych technik endodontycznych. Przymocować jednorazową końcówkę do strzykawki. Całkowicie wypełnić kanał, naciskając tłoczek strzykawki. Końcówka strzykawki jest jednorazowa, nie można jej użyć ponownie. Po dozowaniu materiału zdjąć końcówkę aplikacyjną ze strzykawki i ponownie zamknąć strzykawkę nasadką.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nieużywana strzykawka powinna być zawsze zamknięta

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji

Działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieoczyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Środki ostrożności

Materiały przechowywać poza zasięgiem dzieci!

Wyłącznie do użytku w stomatologii!

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Wodorotlenek wapnia ma właściwości drażniące; kontakt wodorotlenku wapnia ze skórą, oczami i błoną śluzową może powodować miejscowe podrażnienie. W razie przypadkowego kontaktu należy spłukać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Materiał ten został opracowany wyłącznie do użytku w stomatologii. Przetwarzanie powinno odbywać się ściśle według instrukcji użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub określonego obszaru zastosowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przetestowanie materiału pod kątem jego przydatności i wykorzystania do celów, które nie zostały wyraźnie określone w instrukcji. Opisy i dane nie stanowią gwarancji atrybutów.

Nie używać po upływie daty ważności

Szczelnie zamknąć po użyciu

Końcówki aplikatora są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Akt. 01 03.07.2020 TD-03-IFU-41 Nr ref: 2104