

PROSIMI

INSTRUKCJA UŻYCIA

PROSIMI EDTA Gel

Opis

Żel czyszczący zawierający 17% kwasu etylenodiaminotetraoctowego. Używany do nawadniania i czyszczenia kanałów.

Skład

Kwas etylenodiaminotetraoctowy, glikol polietylenowy, woda destylowana, środek zagęszczający

Wskazania

Stosowany w leczeniu kanałowym, w czyszczeniu kanału korzeniowego przez płukanie, w nawilżaniu kanału korzeniowego. Fizycznie i chemicznie usuwa pozostałości tkanek miękkich i twardych.

Przeciwwskazania

Nie stosować żelu PROSIMI EDTA poza układem kanałów korzeniowych ani na tkankach miękkich. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast umyć skórę wodą z mydłem lub przemyć oczy, jeśli dojdzie do kontaktu z oczami.

Aplikacja

Po izolacji koferdamem wprowadzić do układu kanałów korzeniowych. Komorę miążgi opróżnić wydrążaczem i przepłukać roztworami irygacyjnymi. Irrygacja stosowana klinicznie za pomocą bocznych jednorazowych igieł. Wejście do kanału korzeniowego jest ułatwione za pomocą igły dentylistycznej. Końcówka igły jest umieszczana w kanale korzeniowym i pod lekkim naciskiem wstrzykuje się żel PROSIMI EDTA. Część przelewową nasączy się aspiratorem. W żelu PROSIMI EDTA umieszczany jest pilnik endodontyczny i kontynuowany jest proces czyszczenia i kształtowania. W razie potrzeby nakładać ponownie, aż do zakończenia formowania. Proces ten trwa do momentu użycia ostatniego instrumentu. Gdy strzykawka nie jest używana, jej nasadka musi być zamknięta.

Działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane

Przechowywanie

Chronić przed światłem słonecznym Przechowywać w temperaturze 1-30 °C/ 33,8-86 °F. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Środki ostrożności

Materiały przechowywać poza zasięgiem dzieci! Wyłącznie do użytku w stomatologii! Działa drażniąco; Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi.

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieocyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przetwarzanie powinno odbywać się ściśle według instrukcji użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub określonego obszaru zastosowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przetestowanie materiału pod kątem jego przydatności i wykorzystania do celów, które nie zostały wyraźnie określone w instrukcji. Opisy i dane nie stanowią gwarancji atrybutów.

TERMIN WAŻNOŚCI


Od momentu otwarcia nasadki strzykawki należy zużyć w ciągu **6 miesięcy**.

Daty produkcji i numer partii na górnej części opakowania produktu.

Nie używać po upływie daty ważności

Końcówki aplikatora są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Rev 01 03.07.2020 TD-02-IFU-07 Nr ref: 0915&0916



 FETİH MH. MAHİR SK. NO:5/201 | TEL: +90 444 71 30
42030 KONYA TURKEY www.imicryl.com

PROSIMI

INSTRUKCJA UŻYCIA

PROSIMI EDTA Gel

Opis

Żel czyszczący zawierający 17% kwasu etylenodiaminotetraoctowego. Używany do nawadniania i czyszczenia kanałów.

Skład

Kwas etylenodiaminotetraoctowy, glikol polietylenowy, woda destylowana, środek zagęszczający

Wskazania

Stosowany w leczeniu kanałowym, w czyszczeniu kanału korzeniowego przez płukanie, w nawilżaniu kanału korzeniowego. Fizycznie i chemicznie usuwa pozostałości tkanek miękkich i twardych.

Przeciwwskazania

Nie stosować żelu PROSIMI EDTA poza układem kanałów korzeniowych ani na tkankach miękkich. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast umyć skórę wodą z mydłem lub przemyć oczy, jeśli dojdzie do kontaktu z oczami.

Aplikacja

Po izolacji koferdamem wprowadzić do układu kanałów korzeniowych. Komorę miążgi opróżnić wydrążaczem i przepłukać roztworami irygacyjnymi. Irrygacja stosowana klinicznie za pomocą bocznych jednorazowych igieł. Wejście do kanału korzeniowego jest ułatwione za pomocą igły dentylistycznej. Końcówka igły jest umieszczana w kanale korzeniowym i pod lekkim naciskiem wstrzykuje się żel PROSIMI EDTA. Część przelewową nasączy się aspiratorem. W żelu PROSIMI EDTA umieszczany jest pilnik endodontyczny i kontynuowany jest proces czyszczenia i kształtowania. W razie potrzeby nakładać ponownie, aż do zakończenia formowania. Proces ten trwa do momentu użycia ostatniego instrumentu. Gdy strzykawka nie jest używana, jej nasadka musi być zamknięta.

Działania niepożądane

Nie są znane działania niepożądane

Przechowywanie

Chronić przed światłem słonecznym Przechowywać w temperaturze 1-30 °C/ 33,8-86 °F. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Środki ostrożności

Materiały przechowywać poza zasięgiem dzieci! Wyłącznie do użytku w stomatologii! Działa drażniąco; Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi.

Utylizacja: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekazać na zatwierdzone składowisko odpadów lub do spalarni odpadów na warunkach zatwierdzonych przez władze lokalne.

Opakowania nieocyszczone: Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przetwarzanie powinno odbywać się ściśle według instrukcji użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub określonego obszaru zastosowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przetestowanie materiału pod kątem jego przydatności i wykorzystania do celów, które nie zostały wyraźnie określone w instrukcji. Opisy i dane nie stanowią gwarancji atrybutów.

TERMIN WAŻNOŚCI


Od momentu otwarcia nasadki strzykawki należy zużyć w ciągu **6 miesięcy**.

Daty produkcji i numer partii na górnej części opakowania produktu. Nie

używać po upływie daty ważności

Końcówki aplikatora są jednorazowego użytku

Data opracowania informacji o sposobie użycia: Rev 01 03.07.2020 TD-02-IFU-07 Nr ref: 0915&0916



 FETİH MH. MAHİR SK. NO:5/201 | TEL: +90 444 71 30
42030 KONYA TURKEY www.imicryl.com